

Invacare Rea AB
Box 200
Växjövägen 303
SE 343 75 Diö
Sweden

01 December 2020

Säkerhetsmeddelande - Dolomite® Futura™ rollatorer tillverkade mellan 1 maj 2014 och 30 april 2015.



Med hänsyn till våra användares säkerhet vill vi uppmärksamma dig på avvikelser i vissa produktionsserier av Futura-rollatorer. En konstruktionsändring infördes i april 2015 för att komma tillrätta med detta och i ett tidigare säkerhetsmeddelande från 2016 har vi påtalat att vissa Futura rollatorer behövde byta ut framgafflarna, då ett ökat antal brott på dessa hade noterats.

Under utvecklingen av en ny produkt genomförs verifiering och validering för att säkerställa att produkten lever upp till internationella standarder för att och fungera som tänkt. Eftersom det har förekommit en del fallolyckor relaterade till brott på framgafflar, vill Invacare påminna om att den förväntade livslängden är fem år när den används dagligen i enlighet med de säkerhetsinstruktioner, underhållsintervall och korrekt användning som anges i användarmanualen. Den faktiska livslängden kan variera beroende på hur mycket och intensivt produkten används.

För att säkerställa god funktionalitet och säkerhet bör produkten inspekteras regelbundet (inspection checklist – Användarmanual) och underhåll bör göras minst en gång per år (Inspection checklist – Servicemanual). Varje rollator bör kollas innan användning. Om någon skada eller fel upptäcks ska produkten inte användas.

Eftersom rollatorer tillverkade innan konstruktionsändringen har passerat den tekniska livslängden måste de kontrolleras noga innan de tas i bruk. Därför har Invacare publicerat ett tydliggörande av underhållsinstruktionerna som ska utföras innan användning. Vi vill påminna att bruk av en defekt produkt innebär en risk för skada för brukaren.



Tillverkningsmånad för den här produkten är augusti 2014

Not; om brukaren inte har möjlighet att kolla sin rollator själv kan en tredje part konsulteras för regelbundna kontroller. Om regelbundna kontroller av produkter tillverkade inom den aktuella perioden inte genomförs rekommenderar Invacare att dessa tas ur bruk.

Om det råder oklarheter runt hur man ska underhålla, genomföra service och kontrollera en Futura rollator refererar vi till användarmanualen (art nr 1543650) och servicemanualen för Dolomite-rollatorer (art nr 1582613) som finns att ladda ner på vår hemsida www.invacare.se (<https://www.invacare.se/sv/gang-hygien/dolomite-rollatorer/dolomite-futura-rollator#specifications>)

För frågor runt detta meddelande vänligen kontakta

Produktchef: Marie-Louise Tham
Vxl: 08 761 70 90
Tel: 08 552 370 20
E-post: mltham@invacare.com

Appendix

Kontrollinstruktion för Futura rollatorer tillverkade mellan 1 maj 2014 och 30 april 2015.

Placera rollatorn i ett väl upplyst område. Normal inomhusbelysning är tillräckligt. Om rollatorn är smutsig kan den vara nödvändigt att torka av gafflarna med en våt trasa innan kontroll.

Inspektera framgafflarna och var extra uppmärksam på sprickor, eller missfärgningar i form av vita linjer i plastmaterialet enligt nedan. Detta är en indikation på en försvagning av materialet som kan leda till ett brott på framgaffeln.

Om någon missfärgning eller spricka liknande det på bilderna nedan visar sig måste gaffeln bytas ut innan bruk, eller produkten i sin helhet tas ur bruk.



Fig 1: Tecken på en begynnande spricka. (vit missfärgning i materialet.)



Fig 2: Skadad framgaffel till vänster och hel gaffel till höger.